

ro

# MENICARE PURE

SOLUȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ

## Instrucțiuni de utilizare pentru *MeniCare Pure*

Soluție multifuncțională pentru toate lentilele de contact rigide permeabile la gaz

Aceste Instrucțiuni de utilizare conțin informații importante.

Vă rugăm să le citiți cu atenție și să le rețineți pentru utilizare viitoare.

### INDICAȚII

- DEZINFECTARE: Eficient după 30 de minute
- CURĂȚARE
- CLĂȚIRE
- PĂSTRARE

### PENTRU DESCHIDERE

Vârful picurător este sigilat. Pentru deschidere, răsușiți capacul în sensul orar la maxim. Tija din interiorul capacului va străpunge capătul sigilat.

### INSTRUCȚIUNI

Spălați-vă bine mâinile înainte de a manipula lentilele de contact:

- Frecați lentilele cu atenție folosind mai multe picături de *MeniCare Pure* timp de 20 de secunde.
- Așezați lentilele în suportul din dreapta și stânga și clătiți-le cu *MeniCare Pure*.
- Umpleți cutia pentru lentile cu *MeniCare Pure* și țineți lentilele îmbibate pentru cel puțin 30 de minute sau peste noapte.
- Înainte de a le introduce, clătiți lentilele cu *MeniCare Pure*.
- Păstrați suportul de lentile curat și uscat după utilizare.

Lentilele pot fi păstrate în cutia nedeschisă până când sunt pregătite pentru purtat, pentru maxim 30 de zile. Dacă vă păstrați lentilele pentru perioade mai mari de timp, acestea trebuie să fie curățate și dezinfectate cu soluție *MeniCare Pure* la 30 de zile.

### ATENȚIONĂRI

- Nu folosiți niciodată apă de la robinet sau apă nesterilă la lentilele de contact, deoarece se poate produce contaminarea microbiană, care poate duce la vătămarea permanentă a ochiului.
- Consultați-vă medicul sau medicul oftalmolog înainte de a utiliza orice medicamente pentru ochi împreună cu lentilele de contact.



### CONTRAINDICAȚII

- Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la unul dintre ingrediente.

### AMBALAJUL

*MeniCare Pure* este disponibil în flacoane de 250 ml și 70 ml, incluzând o cutie pentru lentile de unică folosință.

### PRECAUȚII

- După deschidere, utilizați *MeniCare Pure* în decurs de 3 luni și asigurați-vă că flaconul este închis ermetic după fiecare utilizare.
- A nu se atinge vârful flaconului cu mâinile.
- A nu se înghiți.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se utiliza după data expirării.
- A nu se utiliza dacă sigiliul capacului este deteriorat.
- A nu se folosi pentru lentile de contact moi. Păstrați lentilele curate și uscate după utilizare.
- Păstrați suportul de lentile curat și uscat după utilizare.
- A se păstra la temperatura camerei. ( $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) 
- A se păstra departe de lumina soarelui. 
- Înlocuiți cutia pentru lentile la fiecare flacon nou de *MeniCare Pure*.
- Consultați-vă medicul oftalmolog înainte de a schimba soluțiile cu una diferită.
- Nu utilizați ca soluție de lubrifiere și reumezire.

### REAȚII ADVERSE

Dacă simțiți disconfort sau iritații persistente, scoateți lentilele, încetați să mai utilizați produsul și consultați medicul dvs. oftalmolog.

### CONȚINUT

- $\epsilon$ -polilizină 0,01 % ca și conservant, edetat disodic 0,05 % ca agent chelator, HCO-60 0,1 % ca surfactant.

© 2016, Menicon Co., Ltd.



**Menicon Co., Ltd.**  
3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya,  
460-0006 Japan



**Menicon Pharma SAS**  
Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation - 67400  
Illkirch-Graffenstaden, France

STERILE | A

**CE** 0483

2301/05-3\_ro  
2016-04

ro

# MENICARE PURE

SOLUȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ

## Instrucțiuni de utilizare pentru *MeniCare Pure*

Soluție multifuncțională pentru toate lentilele de contact rigide permeabile la gaz

Aceste Instrucțiuni de utilizare conțin informații importante.

Vă rugăm să le citiți cu atenție și să le rețineți pentru utilizare viitoare.

### INDICAȚII

- DEZINFECTARE: Eficient după 30 de minute
- CURĂȚARE
- CLĂȚIRE
- PĂSTRARE

### PENTRU DESCHIDERE

Vârful picurător este sigilat. Pentru deschidere, răsuciți capacul în sensul orar la maxim. Tija din interiorul capacului va străpunge capătul sigilat.

### INSTRUCȚIUNI

Spălați-vă bine mâinile înainte de a manipula lentilele de contact:

- Frecați lentilele cu atenție folosind mai multe picături de *MeniCare Pure* timp de 20 de secunde.
- Așezați lentilele în suportul din dreapta și stânga și clătiți-le cu *MeniCare Pure*.
- Umpleți cutia pentru lentile cu *MeniCare Pure* și țineți lentilele îmbibate pentru cel puțin 30 de minute sau peste noapte.
- Înainte de a le introduce, clătiți lentilele cu *MeniCare Pure*.
- Păstrați suportul de lentile curat și uscat după utilizare.

Lentilele pot fi păstrate în cutia nedeschisă până când sunt pregătite pentru purtat, pentru maxim 30 de zile. Dacă vă păstrați lentilele pentru perioade mai mari de timp, acestea trebuie să fie curățate și dezinfectate cu soluție *MeniCare Pure* la 30 de zile.

### ATENȚIONĂRI

- Nu folosiți niciodată apă de la robinet sau apă nesterilă la lentilele de contact, deoarece se poate produce contaminarea microbiană, care poate duce la vătămarea permanentă a ochiului.
- Consultați-vă medicul sau medicul oftalmolog înainte de a utiliza orice medicamente pentru ochi împreună cu lentilele de contact.



### CONTRAINDICAȚII

- Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la unul dintre ingrediente.

### AMBALAJUL

*MeniCare Pure* este disponibil în flacoane de 250 ml și 70 ml, incluzând o cutie pentru lentile de unică folosință.

### PRECAUȚII

- După deschidere, utilizați *MeniCare Pure* în decurs de 3 luni și asigurați-vă că flaconul este închis ermetic după fiecare utilizare.
- A nu se atinge vârful flaconului cu mâinile.
- A nu se înghiți.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se utiliza după data expirării.
- A nu se utiliza dacă sigiliul capacului este deteriorat.
- A nu se folosi pentru lentile de contact moi. Păstrați lentilele curate și uscate după utilizare.
- Păstrați suportul de lentile curat și uscat după utilizare.
- A se păstra la temperatura camerei. ( $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) 
- A se păstra departe de lumina soarelui. 
- Înlocuiți cutia pentru lentile la fiecare flacon nou de *MeniCare Pure*.
- Consultați-vă medicul oftalmolog înainte de a schimba soluțiile cu una diferită.
- Nu utilizați ca soluție de lubrifiere și reumezire.

### REAȚII ADVERSE

Dacă simțiți disconfort sau iritații persistente, scoateți lentilele, încetați să mai utilizați produsul și consultați medicul dvs. oftalmolog.

### CONȚINUT

- $\epsilon$ -polilizină 0,01 % ca și conservant, edetat disodic 0,05 % ca agent chelator, HCO-60 0,1 % ca surfactant.

© 2016, Menicon Co., Ltd.



**Menicon Co., Ltd.**  
3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya,  
460-0006 Japan



**Menicon Pharma SAS**  
Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation - 67400  
Illkirch-Graffenstaden, France

STERILE | A

**CE** 0483

2301/05-3\_ro  
2016-04