

DECLARATIE DE CONFORMITATE CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 5.4 Noi, AFRISO S.R.L., cu sediul în București, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, et. 1, sect. 5, cu Certificat de înregistrare nr. J40/3523/2019 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, ca produsul: Manometru Ø 100 mm, 16 bar, G 1/2 radial, cl. 1.6 la care se referă această declarație este în conformitate cu normele europene EN 837-1. Prezentul certificat acordă cumpărătorului (ROMSTAL) o garanție de 24 luni de la data la care acesta facturează produsele clienților săi, în cazul unei utilizări conforme cu instrucțiunile de utilizare. Orice defecțiune apărută din vina producătorului în această perioadă va fi înalturată gratuit, prin reparare sau schimb. București Data: 08.01.2026	Instrucțiuni de utilizare manometre cu element elastic Aceste aparate se utilizează în instalații de încălzire și alimentare cu apă, numai pentru indicarea presiunii mediilor nevascoase, ce nu cristalizează și nu atacă aliajele de cupru. Aparatele nu se utilizează pentru măsurarea presiunii oxigenului sau acetiului. Pericol de explozie! Presiunea mediului măsurat nu trebuie să depășească capacitatea scării manometrului. Domeniul de lucru al manometrului nu trebuie să depășească 2/3 din scală. Utilizatorul trebuie să se asigure că aparatul este potrivit aplicației din punct de vedere al domeniului de măsură și al tipului manometrului. Manometrul nu poate fi utilizat ca și dispozitiv de siguranță. Nu trebuie permise variații de presiune rapide sau socuri ce acționează direct asupra elementului de măsură. Este necesar a reduce aceste socuri de presiune cu ajutorul unui amortizor sau al unui dispozitiv de protecție la suprasarcină. Dacă temperatura mediului de măsurat în locul unde se efectuează măsuratoarea depășește limita maximă a aparatului (60 grd. C), trebuie folosită o metoda de racire (de ex. spirala de racire). Spirala respectivă trebuie umplută cu lichid la temperatura normală, înainte de umplerea instalației cu lichidul fierbinte. Aparatele nu se vor supune socurilor mecanice sau vibrațiilor, la transport sau în instalație. În cazul în care punctul de măsurare este supus socurilor, aparatele vor fi montate separat, la distanță, prin intermediul racordurilor speciale. Manometrele nu trebuie ținute de carcasa la montarea și demontarea lor. Se vor folosi chei speciale, pe racordul metalic al manometrului, conform dimensiunilor acestuia. La aparate cu filet cilindric etansarea se face frontal pe racord. Sunt adecvate garnituri plane conf. EN 837- 1/7.3.6 sau garnituri profilate (de ex. Aftiso nr. art. 39205/39206) sau piese speciale de etansare pentru manometrele de înaltă presiune. La aparate cu filet conic (de ex. NPT, filet ptr. teava conf. DIN 2999 s.a.), etansarea se face prin însurubarea filetului, folosindu-se diferite materiale de etansare. Dacă nu se indică altfel pe cadran, toate aparatele se vor monta în poziție verticală (vezi EN 837). Pentru pagube cauzate de modificări aduse produsului sau utilizare neconforma, producătorul nu își asumă nicio răspundere.
--	--

DECLARATIE DE CONFORMITATE CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE Noi, AFRISO S.R.L., cu sediul în București, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, et. 1, sect. 5, cu Certificat de înregistrare nr. J40/3523/2019 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, ca produsul: Manometru Ø 100 mm, 16 bar, G 1/2 radial, cl. 1.6 la care se referă această declarație este în conformitate cu normele europene EN 837-1. Prezentul certificat acordă cumpărătorului (ROMSTAL) o garanție de 24 luni de la data la care acesta facturează produsele clienților săi, în cazul unei utilizări conforme cu instrucțiunile de utilizare. Orice defecțiune apărută din vina producătorului în această perioadă va fi înalturată gratuit, prin reparare sau schimb. București Data: 08.01.2026	Instrucțiuni de utilizare manometre cu element elastic Aceste aparate se utilizează în instalații de încălzire și alimentare cu apă, numai pentru indicarea presiunii mediilor nevascoase, ce nu cristalizează și nu atacă aliajele de cupru. Aparatele nu se utilizează pentru măsurarea presiunii oxigenului sau acetiului. Pericol de explozie! Presiunea mediului măsurat nu trebuie să depășească capacitatea scării manometrului. Domeniul de lucru al manometrului nu trebuie să depășească 2/3 din scală. Utilizatorul trebuie să se asigure că aparatul este potrivit aplicației din punct de vedere al domeniului de măsură și al tipului manometrului. Manometrul nu poate fi utilizat ca și dispozitiv de siguranță. Nu trebuie permise variații de presiune rapide sau socuri ce acționează direct asupra elementului de măsură. Este necesar a reduce aceste socuri de presiune cu ajutorul unui amortizor sau al unui dispozitiv de protecție la suprasarcină. Dacă temperatura mediului de măsurat în locul unde se efectuează măsuratoarea depășește limita maximă a aparatului (60 grd. C), trebuie folosită o metoda de racire (de ex. spirala de racire). Spirala respectivă trebuie umplută cu lichid la temperatura normală, înainte de umplerea instalației cu lichidul fierbinte. Aparatele nu se vor supune socurilor mecanice sau vibrațiilor, la transport sau în instalație. În cazul în care punctul de măsurare este supus socurilor, aparatele vor fi montate separat, la distanță, prin intermediul racordurilor speciale. Manometrele nu trebuie ținute de carcasa la montarea și demontarea lor. Se vor folosi chei speciale, pe racordul metalic al manometrului, conform dimensiunilor acestuia. La aparate cu filet cilindric etansarea se face frontal pe racord. Sunt adecvate garnituri plane conf. EN 837- 1/7.3.6 sau garnituri profilate (de ex. Aftiso nr. art. 39205/39206) sau piese speciale de etansare pentru manometrele de înaltă presiune. La aparate cu filet conic (de ex. NPT, filet ptr. teava conf. DIN 2999 s.a.), etansarea se face prin însurubarea filetului, folosindu-se diferite materiale de etansare. Dacă nu se indică altfel pe cadran, toate aparatele se vor monta în poziție verticală (vezi EN 837). Pentru pagube cauzate de modificări aduse produsului sau utilizare neconforma, producătorul nu își asumă nicio răspundere.
--	---